

KOLAS 공인시험기관 인정서

(주)표준엔지니어링

인 정 번 호 : KT619

법 인 등 록 번 호 : 110111-2262428
(또는 고유번호)

사 업 장 소 재 지 : (소재지)충청남도 서산시 음암면 황금터길 145

최 초 인 정 일 자 : 2014년 04월 18일

인 정 유효 기 간 : 2022년 10월 27일 ~ 2026년 10월 26일

인정분야 및 범위 : 별첨

발 행 일 : 2022년 10월 27일

상기 기관을 국가표준기본법 제23조, 적합성평가 관리 등에 관한 법률 제8조 및 KS Q ISO/IEC 17025:2017에 의거하여 KOLAS 공인시험기관으로 인정합니다. 또한 ISO-ILAC-IAF 공동성명에 언급된 바와 같이 인정된 분야 및 범위에 대한 기술적 능력과 시험기관의 품질경영 시스템이 적절함을 인정합니다.



한국인정기구장

(Korea Laboratory Accreditation Scheme)



Korea Laboratory Accreditation Scheme

제 KT619호

03. 전기시험

03.007 가정용 전기기기

규격번호	제품 및 물질	규격명	시험범위	사업장	현장 시험
KS C IEC 60950-1:2013	가정용 전기기기	정보기술기기의 안전성 제1부 : 일반요구사항 2.2 SELV 회로 2.4 전류 제한 회로 2.5 제한 전원 2.6 접지와 본딩에 대한 규정 2.9 전기 절연 2.10.2 동작전압의 결정 2.10.3 공간거리 2.10.4 연면거리 (CTI 시험 제외) 3.2.5.1 AC 전원 코드 3.2.6 코드 지지부 그리고 강력 완화 4.2.2 외력시험, 10 N 4.2.3 외력시험, 30 N 4.2.4 외력시험, 250 N 4.2.5 충격 시험 4.2.6 낙하 시험 4.3.2 핸들 그리고 수동 조작 장치 4.5.2 온도 시험 4.5.5 이상 가열에 대한 내열성 5.1 접촉 전류 및 보호 도선 전류 5.2 내전압 5.3.1 과부하와 이상 동작에 대한 보호 5.3.2 전동기 5.3.3 변압기 부속서 F 부속서 X	전원 : 단상 300 V a.c., 20 A a.c. 이하, 50/60 Hz 온도 : 200 ℃ 이하 접지연속성 : 32 A a.c. 이하 내전압 : 5 kV a.c. 이하 6 kV d.c. 이하 힘 : (10, 30, 250) N 습도 : (20 ~ 30) °C / (91 ~ 95) % R.H.	소재지	N

끝.