



2014년 8월 29일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

문의 : 제품시장관리과 전민영 과장(043-870-5410), 김석무 사무관(5421)

※ 리콜제품 전시 및 설명 : 8.28(목) 10:30, 한국건설생활환경시험연구원(금천구 가산동)

고령자용 보행차(상모의료산업, 진성메디), 전기포충기(아레그린) 3개 제품 리콜명령

- 국가기술표준원(원장: 성시현)은 고령자용품 등 68개 제품을 대상으로 안전성 조사를 실시한 결과 고령자용 보행차 2개, 전기포충기 1개 등 3개 제품이 소비자 안전에 위해가 있다고 확인되어 리콜명령 함
- 3개 제품의 결함내용은 다음과 같음(제품별 상세 결함내용은 붙임 참조)
 - 고령자용 보행차 2개 제품은 안전 취약계층인 고령자가 해당 제품에 체중을 실어 이동할 경우 넘어져서 신체 상해 등의 위험성이 있는 것으로 조사됨
 - 전기포충기 1개 제품은 전류가 흐르는 충전부에 사용자의 손이 직접 닿을 수 있도록 제작되었고, 주요 부품이 인증받을 때와 달리 임의로 변경되어 있어 감전과 화재의 위험성이 있는 것으로 확인됨
- 이번에 리콜명령 받은 기업들은 유통매장에서 해당 제품을 수거하고, 소비자에게 판매된 제품은 다른 제품으로 교환 등을 해주어야 함
 - 국표원은 금번 리콜제품에 대한 정보를 제품안전정보센터(www.safetykorea.kr)에 공개하고 위해상품판매차단시스템에 제품 바코드를 등록하여 전국 대형 유통매장에서의 판매를 즉시 차단할 예정임
- 국표원은 소비자가 금번 리콜대상 제품을 제조, 수입, 판매한 사업자에게 수거, 교환 등을 해 줄 것을 적극 요구할 필요가 있으며,
 - * 리콜명령 받은 제품은 「제품안전정보센터」 접속 → 좌측 상단에 위치한 「리콜」 클릭 → 「리콜정보검색」에서 확인
 - 유통매장에서 해당 물품 발견시 국가기술표준원(043-870-5434) 또는 한국제품안전협회(02-890-8300)에 신고해 주실 것을 당부함



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 제품시장관리과 김석무 사무관 (☎ 043-870-5421)에게 연락 주시기 바랍니다.

참 고

제품 안전성조사 결과 리콜명령 대상제품 (3개)

□ 고령자용 보행차 : 2개 제품

제조사명 (수입자명)	제조국	신고번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
상모의료 산업(주) 053-856-1565	한국	B201L001- 8001A	SWA-301	○ 안정성시험(측방) 2.5°에서 전도 (기준치 : 3.5° 이상) ○ 표시사항미비 - 제조연월 미표시 및 종류(형식), 사용장소 오기		수거· 교환
CHAIN FAIR TECHNO LOGY CO.,LTD (주진성메디) 032-506-1937	중국	B201R037- 1001	CA827	○ 안정성시험(전방) 8.7°에서 전도 (기준치 : 10.0° 이상) ○ 표시사항미비 - 종류(형식), 제조연월, 핸들의 적절한 조절위치, 사용상 주 의사항 미표시		수거· 교환

□ 전기포충기 : 1개 제품

제조사명 (수입자명)	제조국	신고번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
(주)이레그린 062-961-5280	한국	YE07006 -14001	블랙키토	○ 충전부 감전보호(최중결함) - 충전부에 테스트핑거 접촉 ○ 부품 임의 변경(최중결함) - PCB, 구동부, 전류퓨즈 등 변경 ○ 안정성 및 기계적 위험(경결함) - 팬 날개에 테스트핑거 접촉		수거· 교환